



## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР". ОГРН: 1025203565166.

Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Елисеева, д. 7, кв. 24, Российская Федерация, 603009.

Фактический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, Российская Федерация, 603003.

Телефон: (831) 229-62-98. Факс: (831) 229-65-50. Адрес электронной почты: market@vzor.nnov.ru.

**в лице** Директора Киселева Евгения Валентиновича

**заявляет, что**

рН-метр/милливольтметр портативный МАРК-901

(МАРК-901, МАРК-901/ИП, МАРК-901/1, МАРК-901/1/ИП)

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР"

Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Елисеева, д. 7, кв. 24, Российская Федерация, 603009.

Фактический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, Российская Федерация, 603003

**продукция изготовлена в соответствии с**

ТУ 4215-023-39232169-2007. рН-метр/милливольтметр портативный МАРК-901. Технические условия.

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 80 110 0

Серийный выпуск.

**соответствует требованиям**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**Декларация о соответствии принята на основании**

1 Протокол испытаний № 015/2016 НО от 06.10.2016. Испытательный центр "Нижегородиспытания" ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЮ49 от 24.08.2015 без ограничения срока действия;

2 Протокол испытаний № 14ЭМС/2016 от 22.09.2016. Отдел радиотехнических измерений и испытаний ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ").

**Дополнительная информация**

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя при температуре не ниже минус 5 °С. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы

рН-метра - не менее 10 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.10.2021 включительно.**



Директор

Е.В.Киселев

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

**Сведения о регистрации декларации о соответствии:**

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.АГ78.В.31276**

**Дата регистрации декларации о соответствии 07.10.2016**